

Sinocare

iCan™ i3

CGM Brugervejledning



INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE	1
JURIDISK ANSVARSFRASKRIVELSE	1
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER	2
Kom godt i gang med iCan-system til kontinuerlig glukosemåling (CGM) 3	
Ressourcer	4
Afsnit 1: Systemoversigt	6
1.1 Beskrivelse af systemet	7
1.3 Brugersikkerhed	10
Afsnit 2: Start din sensor	19
2.1 Forberedelse af sensoren.....	20
2.2 Vælg et sted	25
2.3 Par din sensor med senderen	26
2.4 Anvend din sensor	28
2.5 Opvarmning af sensoren	33
Afsnit 3: Forstå dine iCan i3 CGM-resultater	34
3.1 Oversigt over startskærmen	35
3.2 Oplysninger om glukose	35
3.3 Navigations- og statusbjælke	40
3.4 Hændelser	41
3.5 Advarsler.....	43

3.6 Adgang	49
Afsnit 4: Beslutninger om behandling	52
4.1 Tal med dit sundhedspersonale (HCP'er).....	53
4.2 Hvornår skal du bruge din blodsuktermåler	53
4.3 Brug af din CGM som hjælp til dine behandlingsbeslutninger	53
Afsnit 5: Afslutte en session.....	55
5.1 Afslutte din sensor-session.....	56
5.2 Fjerne sensoren.....	57
5.3 Starte en ny sensor-session	57
Bilag A: Fejlfinding	58
Bilag B: Sikkerhed og flyrejser.....	62
Bilag C: Pas på din CGM.....	63
Bilag D: Tekniske oplysninger.....	67
Bilag E: Symboler på etiketter	75
Bilag F: Advarsler, vibrationer og lyde	78
Ordliste	84

JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

©2024 Sinocare Inc. Sinocare iCan er et varemærke tilhørende Sinocare Inc.

Afventer amerikanske og internationale patenter. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle varemærker og ophavsrettigheder tilhører deres respektive ejere.

Bluetooth®-ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sinocare Inc. sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Apple, Apple-logoet, iPhone og iPod touch er varemærker, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande. APP Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Android er et varemærke tilhørende Google LLC. Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Før du bruger iCan i3-System til kontinuerlig glukosemåling (CGM), skal du læse instruktionerne i brugsanvisningen. Brugsanvisningen indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger og brugsanvisninger. Tal med dit sundhedspersonale om, hvordan du skal bruge oplysningerne fra din iCan i3 CGM til at håndtere din diabetes.

Hvis du ikke bruger iCan i3 CGM-systemet og dets komponenter i henhold til brugsanvisningen og alle indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og forsigtighedsregler, kan det resultere i, at du overser en alvorlig hypoglykæmi (lavt blodsukker) eller hyperglykæmi (højt blodsukker) og/eller træffer en behandlingsbeslutning, der kan resultere i skade. Hvis dine glukose-advarsler og resultatet fra iCan i3 CGM ikke stemmer overens med dine symptomer eller forventninger, skal du bruge en blodsukkerværdi fra din blodsuktermåler til at træffe beslutninger om diabetesbehandling. Søg lægehjælp, når det er relevant.

Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med iCan i3 CGM, skal rapporteres til Sinocare og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor du er etableret

Kom godt i gang med iCan-system til kontinuerlig glukosemåling (CGM)

System til kontinuerlig glukosemåling (herefter benævnt som CGM) giver dig et mere komplet billede af din glukosekontrol end blodsukkermåling (BG) alene. Ved hjælp af en sensor kan du modtage op til 480 sensor-glukosemålinger (SG) hver 24. time, hvilket udfylder hullerne mellem dine BG-kontroller. CGM-advarsler giver dig besked om høje og lave glukoseværdier.

Grafer og trendpile viser, hvor hurtigt og i hvilken retning dine glukose-niveauer bevæger sig.

Denne brugsanvisning (også kaldet brugervejledning) skal hjælpe dig med at forstå opsætningen og betjeningen af dit iCan-system til kontinuerlig glukosemåling (CGM). For at hjælpe dig med at finde de oplysninger, du har brug for, kan du bruge indholdsfortegnelsen i begyndelsen af brugervejledningen og indekset i slutningen af brugervejledningen. Der er også en ordliste i slutningen af brugervejledningen.

Følgende tabel beskriver visse termer, konventioner og begreber, der bruges i denne brugervejledning.

Konvention	Beskrivelse
Bemærk	Giver yderligere nyttige oplysninger.
FORSIGTIG	Gør dig opmærksom på en potentiel fare, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade eller skade på udstyret.
ADVARSEL	Gør dig opmærksom på en potentiel fare, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. Den kan også beskrive potentielle alvorlige bivirkninger og sikkerhedsrisici.
Fed tekst	Til at angive skærmelementer og knapper. For eksempel: "Vælg Næste for at fortsætte"

Ressourcer

Selvstudium:

Vores selvstudium fører dig gennem din første sensor-session, herunder valg af skærmenhed, indsættelse af sensoren og brug af advarsler.

Selvstudiet er tilgængeligt på: iCan-cgm.com

Videoer i appen:

Der er videoer i appen, som kan hjælpe dig med at lære:

- **Oversigt:** Se, hvordan din CGM viser, hvor din sensor-glukose er nu, hvor den er på vej hen, og hvor den har været
- **Indsættelse af sensor:** Gennemgår indsættelse af din sensor

Du kan se disse videoer, når du opsætter din app, eller når som helst under Indstillinger > Hjælp > Videoer.

Vejledninger:

- **Hurtig referencevejledning:** guider dig gennem opsætning af dine skærmenheder, indsættelse af din sensor og start af din første sensor-session. Du kan finde den sammen med din iCan-boks.
- **Brugsanvisning (brugervejledning):** Denne brugervejledning er din encyklopædi. Den giver dig det mest omfattende overblik over iCan-systemet med detaljerede oplysninger om funktioner, vigtige sikkerhedsoplysninger og meget mere.

Du kan downloade begge vejledninger eller bede om en trykt version:

Download en PDF på iCan-cgm.com

Spørg efter en gratis kopi via e-mail: support@icancgm.com

Sinocare Kundeservice tilbyder hjælp via e-mail. Hvis du oplever problemer, skal du rapportere problemet til support@icancgm.com. Når du sender anmodningen, skal du sørge for, at serienummeret på din enhed er inkluderet i din e-mail. Serienummeret er vist på emballagen til dit sensor-sæt.

Kontaktoplysninger	
Kundeservice e-mail	support@icancgm.com
Websted	iCan-cgm.com

Afsnit 1: Systemoversigt

- Beskrivelse af systemet
- Tilsigtet formål
- Brugsikkerhed

1.1 Beskrivelse af systemet




Tak, fordi du har valgt iCan i3-systemet til kontinuerlig glukosemåling (herefter kaldet CGM). iCan i3 CGM-systemet består af tre hovedkomponenter: en sensorpakke, en Bluetooth lav-energi (BLE) senderpakke og en mobilapplikation (APP).

iCan i3 CGM leverer glukose-niveauer i realtid og giver dig mulighed for løbende at se værdierne for din sensor-glukose på din valgte mobile enhed. Systemet sporer din glukose hvert 3. minut ved at måle mængden af glukose i den interstitielle væske. En sensor, der er indsat i din hud, sender glukose-resultater til senderen, og senderen sender glukose-resultater til iCan System til kontinuerlig glukosemålings APP (CGM APP). APP'en viser derefter dine glukose-niveauer og langsigtede glukose-tendenser. APP'en giver også advarsler, hvis din glukose er i eller forventes at være i en usikker zone.


iCan i3 CGM registrerer også tendenser og sporer mønstre og hjælper med at opdage episoder med hyperglykæmi og hypoglykæmi, hvilket letter både akutte og langsigtede justeringer i behandlingen. Fortolkning af systemets resultater bør baseres på glukosetendenser og flere sekventielle resultater over tid.

Bemærk: Læs alle instruktionerne i denne brugsanvisning, før du tager systemet i brug.

1.1.1 Enhedens komponenter

Hvad du kan se	Hvad det hedder	Hvad den gør
	Sensorpakke	Dette er en steril pakke, hvor sensoren opbevares. Sensorpakken er designet til engangsbrug.
	Sensor-applikator	Sensor-applikatoren hjælper dig med at indsætte sensoren under huden. Den indeholder en nål, som bruges til at punktere huden for at indføre den fleksible sensorspids i huden, men som trækkes tilbage i beholderen, når sensoren er placeret. Så der er ingen nål tilbage. Sensoren kan bæres i op til 15 dage. Se Kapitel 2 for oplysninger om, hvordan du bruger sensoren.
	Sender-pakke	Senderen klikkes på sensoren og sender glukosemålinger i realtid trådløst til din kompatible skærmenhed via Bluetooth. Når du bruger den, behøver du ikke tage senderen ud af bakken. Se Kapitel 2 for oplysninger om, hvordan du bruger senderen.

1.1.2 iCan CGM APP'en



iCan CGM APP fungerer som skærm for iCan i3 CGM og understøtter Android- og iOS-enheder (mobile enheder). APP'en er tilgængelig i Google Play Butik (Android) og i APP Store (iOS). Besøg iCan-cgm.com for at se en liste over kompatible mobile enheder

ADVARSEL: Manglende advarsler fra iCan CGM APP'en kan resultere i uopdagede lave og høje glukose-niveauer. Følg instruktionerne og sikkerhedsadvarslerne i denne brugsanvisning for at sikre, at du modtager advarsler som tilsigtet.

1.2 Tilsigtet formål

Systemet til kontinuerlig glukosemåling er et apparat til kontinuerlig glukosemåling i realtid, der er beregnet til behandling af diabetes hos voksne mennesker (18 år og derover). Det er beregnet til at erstatte blodsuktermålinger med fingerstik i forbindelse med beslutninger om diabetesbehandling.

CGM'en registrerer også tendenser og sporer mønstre og hjælper med at opdage episoder med hyperglykæmi og hypoglykæmi, hvilket letter både akutte og langsigtede justeringer i behandlingen. Fortolkning af systemets resultater bør baseres på glukosetendenser og flere sekventielle aflæsninger over tid.

CGM'en kan bruges sammen med smart-enheder med tilsvarende applikationer, hvor brugeren manuelt styrer handlinger til behandlingsbeslutninger.

1.3 Brugsikkerhed

Dette afsnit indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger såsom indikationer, kontraindikationer, sikkerhedsadvarsler, potentielle bivirkninger, og hvordan man beskytter systemet mod strålingskader.

1.3.1 Kontraindikationer

- Brug ikke iCan i3 CGM, hvis du er gravid, i dialyse, har en pacemaker indopereret eller er kritisk syg. Det vides ikke, hvordan forskellige tilstande eller medicin, der er almindelige for disse befolkningsgrupper, kan påvirke systemets ydeevne. iCan i3 CGM-resultater kan være unøjagtige hos disse befolkningsgrupper.
- Ingen MRI/CT/Diatermi

Bær ikke din iCan i3 CGM (sensor, sender, modtager eller mobilenhed) til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), computertomografi (CT) eller højfrekvent elektrisk varmebehandling (diatermi).

iCan i3 CGM er ikke blevet testet i disse situationer. Magnetfelterne og varmen kan beskadige komponenterne i iCan i3 CGM, hvilket kan få den til at vise unøjagtige sensor-glukose-resultater eller kan forhindre advarsler. Uden iCan i3 CGM-resultater eller advarselsmeddelelser kan du gå glip af en alvorlig hændelse med lav eller høj glukose.

For at få mest muligt ud af din session anbefaler vi, at du forsøger at planlægge din procedure nær slutningen af din sensor-session for at undgå at få brug for en ekstra sensor. Kontakt din læge for at få anbefalinger i forbindelse med andre medicinske procedurer.

Medbring din blodsuktermåler, når du går til din procedure.



MR USIKKER

- Brug ikke iCan i3 CGM, hvis du lider af koagulations-forstyrrelser eller tager antikoagulerende medicin.

1.3.2 Sikkerhedsadvarsler

1.3.2.1 Generelle advarsler

ADVARSLER:

- Ignorer ikke lave/høje symptomer

Ignorer ikke symptomer, der kan skyldes lavt eller højt blodsukker. Hold din blodsuktermåler tæt på dig. Hvis du har symptomer, der ikke stemmer overens med sensor-glukose-resultaterne, eller hvis du har mistanke om, at dine resultater kan være unøjagtige, skal du kontrollere resultatet ved at foretage en fingerstikprøve med en blodsuktermåler. Hvis du oplever symptomer, der ikke stemmer overens med dine glukose-resultater, skal du kontakte dit sundhedspersonale.

- Ingen beslutning om behandling hvis...
Hvis iCan i3 CGM'en ikke viser et tal eller en pil, eller hvis dine resultater ikke stemmer overens med dine symptomer, skal du bruge din blodsuktermåler til at træffe beslutninger om diabetesbehandling.
- Ændringer er ikke tilladt.
Patienten er en tilsigtet operatør. Det er ikke tilladt at foretage ændringer i dette udstyr.
- Må ikke bruges hvis...

ADVARSEL: Brug ikke iCan i3 CGM, hvis du er gravid, i dialyse, har en pacemaker indopereret eller er kritisk syg. Det vides ikke, hvordan forskellige tilstande eller medicin, der er almindelige for disse befolkningsgrupper, kan påvirke systemets ydeevne. iCan i3 CGM-resultater kan være unøjagtige hos disse befolkningsgrupper.

1.3.2.2 APP og mobilenhed

- Når du starter en ny sensor, vil du ikke få nogen CGM-resultater eller advarsler i løbet af sensorens opvarmningsperiode på 2 timer. Brug en blodsuktermåler til at træffe beslutninger om diabetesbehandling.
- Sørg for, at Bluetooth er tændt, også selvom din mobile enhed er i flytilstand. Hvis Bluetooth er slået fra, vil du ikke få oplysninger eller advarsler om sensor-glukose.
- Brug ikke iCan CGM APP'en, hvis skærmen eller højttalerne på din mobile enhed er beskadiget. Hvis din mobile enhed er beskadiget eller bortkommet, får du muligvis ikke advarsler om sensor-glukose, og oplysningerne om sensor-glukose vises muligvis ikke korrekt.
- Advarsler til iCan CGM APP vil lyde gennem dine hovedtelefoner, når disse er tilsluttet. Hvis du lader dine hovedtelefoner være tilsluttet, når de ikke er i brug, kan du muligvis ikke høre advarslerne for sensor-glukose.

- Hvis din mobile enhed genstarter, genstarter iCan CGM APP'en muligvis ikke automatisk. Hvis du ikke åbner APP'en igen, får du måske ikke advarsler for sensor-glukose. Sørg altid for at åbne APP'en, når din mobile enhed genstarter.

1.3.2.3 Sender

- Brug ikke enheden, hvis du ser revner, afskalninger eller skader på senderen. En beskadiget sender kan forårsage skader som følge af elektrisk stød og kan medføre, at iCan i3 CGM ikke fungerer korrekt.
- Lad ikke børn eller kæledyr putte små dele i munden. Dette produkt udgør en kvælningssfare for små børn og kæledyr.
- Brug ikke senderen i nærheden af andet elektrisk udstyr, der kan forårsage interferens med den normale systemdrift. For mere information om andet elektrisk udstyr, der kan kompromittere normal systemdrift, se Bilag D for flere oplysninger.
- Betjen IKKE senderen i nærheden af brændbare anæstetika eller eksplosive gasser.
- Smid ikke senderen ud i en beholder til medicinsk affald, og udsæt den ikke for ekstrem varmepåvirkning. Senderen indeholder et batteri, der kan antændes og medføre personskade.

1.3.2.4 Sensor

- Ignorer ikke en knækket eller afmonteret sensorspids. En sensorspids kan blive siddende under huden. Hvis det sker, bedes du kontakte vores kundeservice via e-mail eller dit sundhedspersonale. Hvis en sensorspids brækker af under huden, og du ikke kan se den, må du ikke forsøge at fjerne den selv. Søg professionel lægehjælp, eller kontakt vores kundeservice via e-mail.
- Opbevar din iCan i3 CGM ved temperaturer på mellem 2 °C og 30 °C. Opbevar ikke sensorpakken i fryseren.

- Brug ikke en sensor efter udløbsdatoen, da den kan give forkerte resultater. Udløbsdatoen står i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD (År-Måned-Dag) på sensorpakkens etiket ved siden af timeglassymbolet.
- Brug ikke sensoren, hvis den sterile emballage er blevet beskadiget eller åbnet, da det kan forårsage en infektion.
- Åbn ikke den sterile emballage, før du er klar til at indsætte sensoren, da en eksponeret sensor kan blive forurenset.
- Brug af barrieremetoder eller plastre kan påvirke enhedens ydeevne. Hvis du har hudreaktioner i forbindelse med brugen af denne sensor, skal du kontakte dit sundhedspersonale for at diskutere, om du skal fortsætte med at bruge denne enhed.

1.3.2.5 Blødning

For at kunne indsætte sensoren og nå den interstitielle væske, skal den trænge igennem hudens dermis-lag (som har blodkar spredt ud over det hele), ved hjælp af en nål.

- Gennemtrængning af disse blodkar kan forårsage blødning, hvis nålen gennemborer dem. Hvis sensoren stikkes for dybt ind i kroppen, kan den også bløde. Sørg for, at du ikke bruger for meget tryk, når du stikker med applikatoren.
- Hvis der opstår blødning, skal du gøre følgende:
 - Tryk konstant med sterilt gaze eller en ren klud, der placeres oven på sensoren, i op til tre minutter.
 - Hvis blødningen stopper, tilsluttes APP'en til sensoren.
 - Hvis blødningen ikke stopper, fjernes sensoren, og området rengøres med sterilt gaze. Anbring en ny sensor på et andet sted mindst 7 cm (3 tommer) fra blødningsstedet.

1.3.3 Forholdsregler

1.3.3.1 Generelle forholdsregler

- Undgå at udsætte din iCan i3 CGM for insektafvisende midler og solcreme. Kontakt med disse hudplejeprodukter kan forårsage skade på din CGM.
- Brug ikke iCan i3 CGM'en i et varmt karbad.
- Hvis du bemærker en betydelig hudirritation omkring eller under din sensor, skal du fjerne sensoren og holde op med at bruge CGM'en. Kontakt dit sundhedspersonale, før du fortsætter med at bruge CGM'en.
- CGM-systemet er designet til engangsbrug. Genbrug kan medføre manglende glukose-resultater og infektion.
- Produktets overvågningsresultater kan kun bruges som en reference til hjælpediagnose af diabetes, ikke som grundlag for klinisk diagnose.
- Hvis der opstår en brændende fornemmelse eller andet ubehag, skal CGM'en fjernes med det samme

1.3.3.2 Testning af din blodglukose

Glukose-niveauerne i den interstitielle væske kan være forskellige fra blodsukker-niveauerne og kan betyde, at sensor-glukoseresultaterne er forskellige fra blodsukkeret. Du kan bemærke denne forskel på tidspunkter, hvor dit blodsukker ændrer sig hurtigt, f.eks. efter du har spist, taget insulin eller dyrket motion. Hvis du har symptomer, der ikke stemmer overens med sensor-glukoseresultaterne, eller hvis du har mistanke om, at dine resultater kan være unøjagtige, skal du kontrollere resultatet ved at foretage en fingerstikprøve med en blodsuktermåler.

1.3.3.3 Gør dig klar før start

- Rengør og tør dine hænder og indføøringsstedet, før du indsætter sensoren. Vask dine hænder med vand og sæbe, ikke gel-rengøringsmidler, og tør dem derefter, før du åbner sensorpakken. Hvis dine hænder er beskidte, når du indsætter sensoren, kan du få bakterier på indsætningsstedet og få en infektion.
- Rengør indstiksstedet med spritservietter for at forebygge infektioner. Indsæt ikke sensoren, før din hud er tør. Hvis indstiksstedet ikke er rent og helt tørt, risikerer du at få en infektion, eller at senderen ikke sidder godt nok fast.
- Sørg for, at du ikke har insektafvisende middel, solcreme, parfume eller lotion på huden.
- Ting, der skal kontrolleres før indføring:
 - Hold sikkerhedsskærmen låst, indtil du sætter den aktiverede applikator mod din hud. Hvis du først fjerner sikkerhedsskærmen for at låse op, kan du komme til at skade dig selv ved at trykke på knappen, der indsætter sensoren, før det var meningen.
 - Skift indføøringssted for hver sensor. Hvis du bruger det samme sted for ofte, får huden måske ikke lov til at hele, hvilket kan forårsage ardannelse eller hudirritation.
- Stedet for sensorens placering skal være:
 - Mindst 7 cm (3 tommer) væk fra insulinpumpens infusionsæt eller injektionssted;
 - Væk fra linning, ar, tatoveringer, irritation og knogler;
 - Placeret således at det er usandsynligt, at den bliver stødt, skubbet til eller lagt oven på, mens man sover

1.3.3.4 Potentielle risici i forbindelse med brug af sensorer

- Gennemgang af sikkerhedskontrol
 - Når du har din iCan i3 CGM på, skal du bede Transportation Security Administration (TSA) om en fuld kropsvisitering med en visuel inspektion af din sensor og sender. Undlad at sende dine iCan i3 CGM-systemkomponenter gennem røntgenmaskiner. Effekten af AIT-kropsscannere og røntgenmaskiner er ikke blevet evalueret, og man kender ikke den skade, de kan forårsage på iCan i3 CGM.
- Badning, brusebad og svømning
 - Sensoren kan bæres under badning og i brusebadet, men ikke boblebad, da udsættelse for varme i lang tid kan beskadige sensoren eller give unøjagtige resultater. Du kan også svømme med sensoren på plads i op til 2,5 meters dybde i op til 2 timer (IP28). Hvis du overskrider dybden eller tiden, kan det beskadige sensoren eller give unøjagtige resultater.
- Milde til alvorlige reaktioner relateret til brug af sensoren
f.eks. allergisk reaktion, moderat til svær kløe, udslæt, erytem, ødem, induration, blødning, symptomer på indstiksstedet, blå mærker, smerte, mindre infektion på indstiksstedet og ubehag under indstikket.
- Hyperglykæmi eller hypoglykæmi
Hvis du ikke bruger iCan i3 CGM'en i henhold til brugsanvisningen og alle indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og forsigtighedsregler, kan det resultere i, at du overser en alvorlig hypoglykæmi (lavt blodsukker) eller hyperglykæmi (højt blodsukker).

- Underudnyttet eller forkert brug af CGM

CGM-systemet leverer en betydelig mængde data og oplysninger, som brugerne kan bruge. Læs vejledningen grundigt, og arbejd sammen med dit sundhedspersonale for at hjælpe dig med at udnytte CGM-systemets funktioner fuldt ud og tilpasse din specifikke diabetesstyring og behandlingsplan.

Afsnit 2: Start din sensor

- Forbered sensoren
- Vælg et sted
- Par din sensor med senderen
- Anvend din sensor
- Opvarmning af sensoren

2.1 Forberedelse af sensoren

2.1.1 Før du går i gang, skal du sørge for, at du har alt, hvad du skal bruge.

iCan i3 CGM-system:

- Sensorpakke
 - Kontroller udløbsdatoen på sensorpakken. Må ikke bruges, hvis den er udløbet.
 - Åbn ikke den sterile emballage, før du er klar til at indsætte sensoren
- Sender-pakke
 - Kontroller, at de første 8 cifre i SN(serienummer)-koden på sensorpakken og sender-pakken er de samme
- Vejledning til hurtig start
- Alkoholservietter
- Din blodsuktermåler

Fortrolighed med iCan i3 CGM-systemet:


Uanset om du er ny med CGM eller du har erfaring, skal du gennemgå Vejledning til hurtig start og gennemføre selvstudierne i APP'en før brugen.

Krav til brugeren: Voksne diabetesbrugere, som kan læse, forstå og følge iCan i3 CGM-Brugs-anvisningen og Vejledning til hurtig start, kan bruge enheden sikkert.

2.1.2 APP-installation og opsætning

Trin 1: Opsætning af APP

Tryk på CGM APP for at åbne APP'en.



Trin 2: Aktiver meddelelser og placeringsadgang

Tryk på “Tillad” for at aktivere Bluetooth, placeringsadgang og tillade meddelelser på din mobile enhed, så du ikke overser advarsler eller bliver nægtet Bluetooth-tjeneste.



WLAN



Mobil Netværk



Stille



Placering



Bluetooth

WLAN/Mobil Netværk: Internet er påkrævet, når du opretter og/eller logger ind på din konto, deler data og ser produktvejledninger osv.

Stille: Hvis du bruger Stille-tilstand, vil alle advarsler ikke lyde eller vibrere, men kun vises.

Placering: Hvis du vil bruge Bluetooth, kan appen bede om adgang til enhedens placering. Tryk på tillad.

Bluetooth: Denne APP bruger Bluetooth til at oprette forbindelse til CGM-senderen. Sørg for at slå Bluetooth til, ellers får du ikke advarsler eller CGM-oplysninger.

Anbefalede indstillinger for mobilenhed

Se vejledningen til din mobilenhed for at lære, hvordan du ændrer dens indstillinger. Brug følgende med dit CGM-system:

- Bluetooth er slået til: Din sender og din APP kommunikerer via Bluetooth. Hvis den ikke er slået til, vil du ikke få advarsler og CGM-resultater.
- Meddelelser slået til:
 - Aktiver meddelelser fra CGM APP'en, så du kan få advarsler.
 - Sørg for, at du tillader, at meddelelser fra CGM APP'en vises på din låste skærm.
- Batteriet er opladet: APP'en skal altid køre i baggrunden og kan dræne dit batteri. Hold batteriet opladet. Hvis CGM APP'en er slået fra i baggrunden, får du ingen advarsler.
- Enheden er tændt og APP'en åbnet: Hvis du genstarter din mobilenhed, skal du åbne CGM APP'en igen.
- Tænd for lyd- og advarselsfunktionen, og sørg for, at enheden ikke er i tilstanden "Forstyr ikke". Hvis enheden er sat på Lydløs, vil du ikke kunne høre lyden af nogen meddelelser, herunder den presserende advarsel for lav glukose.
- Hold lydstyrken på smartphonen høj nok: Sørg for, at du kan høre lyden af advarslerne.
- Afstanden mellem sender og smartphone skal være under 6 meter for at sikre god forbindelse mellem smartphone og sendere til enhver tid.
- Opdater manuelt: Din enheds styresystem kan ændre indstillinger eller lukke APP'en ned. Opdater altid manuelt, og kontroller de korrekte enhedsindstillinger bagefter.
- Kompatibilitet: Besøg iCan-cgm.com for en liste over mobile enheder og operativsystemer, der fungerer sammen med CGM APP'en.

- Tidspunkt: Hvis du krydser forskellige tidszoner, skal du IKKE ændre klokkeslættet på din smartphone manuelt, men vente til du er ankommet til din endelige destination og lade din smartphone ændre klokkeslættet automatisk. Bemærk, at CGM APP viser alle glukosemålinger fra den igangværende session med deres testtidspunkt i den aktuelle tidszone.

Trin 3: Login

Indtast eksisterende brugernavn og adgangskode.

Hvis du er ny til iCan CGM APP, skal du oprette en ny iCan konto ved at følge instruktionerne på skærmen.

Hvis du allerede har en konto, skal du indtaste eksisterende brugernavn og adgangskode.

Trin 4: Gennemgå selvstudier

Derefter vil appen bede dig om at gennemgå sikkerhedsinstruktioner, herunder en instruktionsvideo, der guider dig til brugen af dit iCan-system.

Bemærk: Denne oversigt over iCan-systemet i appen erstatter ikke denne brugsanvisning. Læs alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du bruger CGM APP'en.

2.1.3 Systemindstillinger

Indstillingen "**Systemindstillinger**" under knappen "**Indstillinger**" er, der hvor du kan ændre din kontoprofil, såsom adgangskode og e-mail.

Ændring af den glukosemåle-enhed, der bruges i hele APP'en (mg/dl eller mmol/l)

Tryk på knappen "**Systemindstillinger**", og vælg "**Måleenhed**". Hvis du beslutter dig for at bruge en anden måleenhed end standardindstillingen, vil du se en meddelelse med bekræftelse af, at måleenheden er blevet ændret.

Ændring af din e-mail

Din e-mailadresse bruges til at logge ind på din konto samt til vigtige meddelelser om din CGM.

Tryk på knappen "**Systemindstillinger**" i APP'en, og vælg "**Skift e-mailadresse**". Indtast den nye e-mailadresse, du vil bruge, og tryk på "**Næste**".

Du vil modtage en bekræftelseskode via din nye e-mailadresse, indtast den, og tryk på "**Bekræft**".

Ændring af din adgangskode

En god adgangskode er vigtig for at holde dine data sikre. Vi anbefaler, at du af og til ændrer din adgangskode, især hvis du tror, at din adgangskode kan være blevet kompromitteret.

I APP'en skal du trykke på knappen "**Systemindstillinger**", og vælge "**Skift e-mailadresse**".

Indtast den e-mailadresse, du bruger til at logge ind med, og tryk på "**Send**", så får du tilsendt en bekræftelseskode.

Tryk på "**NÆSTE**", og indtast din nye adgangskode.


Samtykke til data

Gennemgå og revider datasamtykker. I APP'en skal du trykke på knappen "**Systemindstillinger**", og vælge "**Datasamtykker**"

Du kan administrere din tilladelse til APP her. Desuden kan du tilbagesætte, dele, pakke eller slette historiske data.

2.2 Vælg et sted

Det er vigtigt at vælge et behageligt og effektivt sted til din sensor. Diskuter de ideelle steder at indsætte sensoren med dit sundhedspersonale (HCP).



ADVARSEL: Vælg ikke andre steder. Da de andre steder ikke er blevet klinisk evalueret, kan din sensors glukose-resultater være unøjagtige.

TIPS:

- Placer sensoren mindst 7 cm (3 tommer) væk fra din insulinpumpes infusionsæt eller injektionssted.
- Sørg for, at indstiksområdet er tørt, rent og fri for lotion, parfume og medicin. Barber om nødvendigt området, så tapen sidder godt fast.

- Undgå områder nær linninger eller områder med ar, tatoveringer, irritation og knogler. Kontakt dit sundhedspersonale, hvis sensor-klæbemidlet irriterer din hud.
- Brug ikke det samme sted til 2 sensorer i træk.
- Brug ikke steder, der har muskler eller områder, der er begrænset af tøj eller tilbehør, områder med ru hud eller arvæv, steder, der udsættes for hård bevægelse under træning, eller på steder under et bælte eller i taljen for at få den bedste sensor-ydelse og undgå utilsigtet fjernelse af sensoren.

Rengøring:

- Vask hænderne grundigt med vand og sæbe. Vælg et sted at påføre sensoren. Rengør indstiksstedet med alkohol. Lad området lufttørre.

2.3 Par din sensor med senderen


iCan i3 CGM-senderne kommunikerer med APP'en via Bluetooth, så den skal forbindes med APP'en, før systemet kan bruges. Denne proces kaldes også "parring".

Trin 1: Opsætning af APP


Følg afsnit 2.1.2 for at opsætte din APP, og sørg for, at telefonens Bluetooth er slået til. Der skal gives adgang til placering for at kunne synkronisere via Bluetooth.

Trin 2: Kontroller den 8-cifrede SN(serienummer)-kode

Sensorpakken og senderpakken er pakket som et sæt og deler de første 8 cifre i serienummerkoden (SN). Kontroller, at de første 8 cifre i SN-koden stemmer overens, før du parrer.



Trin 3: Scan SN-koden



Følg trin 4 fra afsnit 2.1.2, og scan SN 2D-stregkoden på sensorpakkens etiket, eller indtast den fulde SN-kode på sensorpakken manuelt. SN-koden er unik for sensoren og senderen, så sørg for at indtaste den korrekte kode. Hvis du indtaster en forkert kode eller en kode fra en anden sensorpakke, vil du ikke kunne bruge iCan i3 CGM, eller dit glukose-resultat kan være forkert.

Trin 4: Parring

Hvordan du slutter sensoren til senderen. Du kan følge instruktionerne i APP'en nedenfor for at anvende din CGM. Parringen starter automatisk.

2.4 Anvend din sensor

Sensor-sonden er inde i sensor-applikatoren. Før du påsætter sensoren, skal du gøre dig fortrolig med sensor-applikatoren.



Trin 1: Åbn sensorpakken


Tag den sensorpakke, du brugte fra **afsnit 2.3**. Brug ikke pakken, hvis den er brudt, beskadiget eller åbnet. Åbn ikke den sterile emballage, før du er klar til at påføre sensoren.

ADVARSEL: Sensor-applikatoren indeholder en nål. Rør IKKE ved indersiden af sensor-applikatoren, og sæt den ikke tilbage i sensorpakken.

Trin 2: Påsætning af sensoren

- Placer det blå pilemærke på sensor-applikatoren på linje med det tilsvarende blå pilemærke på senderbakken. Tryk den ned med et fast tryk på en hård overflade, indtil den stopper, og du hører et klik.



- Drej forsigtigt sikkerhedskontakten fra ikonet "Låst"  til ikonet "Ulåst",  indtil du hører et klik.



FORSIGTIG: Tryk ikke på den hvide knap i midten, når sikkerhedskontakten er helt udløst, for at forhindre utilsigtede resultater eller personskade

- Løft sensor-applikatoren ud af senderbakken




- Nu er den klar til at påføre sensoren.




Trin 3: Påsætning af sensoren


- Placer sensor-applikatoren over det forberedte sted, og tryk den ned med et fast tryk.



- Tryk knappen i midten ned for at påsætte CGM-sensoren. Du vil høre en kliklyd, som betyder, at indsættelsen er fuldført.




- Træk forsigtigt applikatoren væk fra din krop.



FORSIGTIG: Bortskaf den brugte applikator i henhold til lokale regler.

- Glat sensorens klæbebånd med en finger for at sikre, at sensoren bliver siddende på kroppen i hele brugsperioden.



FORSIGTIG: Når sensoren er indsat, er den vandtæt op til 2,5 meter, men det er smartphonen måske ikke. Hvis du er i eller i nærheden af vand, kan det være nødvendigt at holde skærmenheden tættere på (mindre end 6 meter) for at kunne få sensor-aflæsninger. Hvis sensoren er under vand, kan du muligvis ikke få sensor-aflæsninger, før du kommer op af vandet.

2.5 Opvarmning af sensoren

Når du har indsat din sensor, vil senderen automatisk parre sig med din iCan CGM APP. Du skal trykke på **“Start Sensor”** for at starte sensor-opvarmningsperioden på 2 timer.

I opvarmningsperioden vil du ikke modtage advarsler eller CGM-resultater. Dine første resultater begynder at vises, når de 2 timers sensor-opvarmning er gået. Under sensor-opvarmningen kan du bruge din blodsukkermåler, hvis du har brug for det.


FORSIGTIG: Hold din CGM-sensor og mobilenhed inden for 6 meter uden forhindringer (f.eks. vægge eller metal) mellem dem. Ellers kan de muligvis ikke kommunikere. Hvis der er vand mellem din sensor og den mobile enhed - f.eks. hvis du er i bad eller svømmer - skal du holde dem tættere på hinanden. Rækkevidden reduceres, fordi Bluetooth ikke fungerer så godt gennem vand.

Afsnit 3: Forstå dine iCan i3 CGM-resultater

- **Oversigt over startskærmen**
- **Oplysninger om glukose**
- **Navigations- og statusbjælke**
- **Hændelser**
- **Advarsler**

3.1 Oversigt over startskærmen

Startskærmen nedenfor er fra iOS APP'en, Android APP'en ligner den.



3.2 Oplysninger om glukose



① Glukose-resultater fra sensoren

Fra toppen viser tallet, hvor din sensor-glukose er nu i milligram per deciliter (mg/dl). Baggrundsfarven på glukose-grafen kan være gul, grøn, orange eller rød, det betyder:

200 mg/dl (11,1 mmol/L) Gul: Over højt glukoseniveau (forudindstillet til 200 mg/dl)

175 mg/dl (9,7 mmol/L) Grøn: Inden for målområdet

69 mg/dl (3,8 mmol/L) Orange: Under lavt glukoseniveau (forudindstillet til 70 mg/dl)

55 mg/dl (3,1 mmol/L) Rød: Advarsel om hypoglykæmi (indstillet til 55 mg/dl)

Når dit seneste CGM-resultat er over 450 mg/dl (25,0 mmol/l) eller under 36 mg/dl (2,0 mmol/l), vil du ikke få vist et tal. I stedet vil din skærmenhed vise LOW (lav) eller HIGH (høj). Hvis du ikke har et tal, skal du bruge din blodsuktermåler til at måle din glukose. Disse LOW eller HIGH vil blive vist som en tom plet på din trendgraf.



② Trend-pil

Trendpilene viser hastigheden og retningen af dine glukose-tendenser baseret på dine seneste CGM-resultater. Brug pilene til at vide, hvornår du skal handle, før værdien er for høj eller for lav.

Trend-pil: Stabil →

Glukosen ændrer sig, men mindre end 3 mg/dl (0,16 mmol/l) pr. 3 minutter.

Trend-pil: Stiger eller falder langsomt ↗ ↘

Glukosen ændrer sig langsomt, mere end 3 mg/dl (0,16 mmol/l) eller op til 6 mg/dl (0,33 mmol/l) pr. 3 minutter.

Trend-pil: Stiger eller falder hurtigt ↑ ↓

Glukosen ændrer sig hurtigt, mere end 6 mg/dl (0,33 mmol/l) eller op til 9 mg/dl (0,5 mmol/l) pr. 3 minutter.


Trend-pil: Stiger eller falder hurtigt ↗ ↘

Glukose ændrer sig hurtigt, mere end 9 mg/dl (0,5 mmol/l) pr. 3 minutter.

3 Trendgraf

Grafen nedenfor viser, hvor dine CGM-resultater har været i de sidste par timer. Den plotter dine CGM-resultater hvert 3. minut. Det seneste CGM-resultat er den sorte prik til højre. Den hvide hule prik i midten er dit glukoseniveau på det valgte tidspunkt (f.eks. på billedet nedenfor: 143 mg/dl (7,9 mmol/l) er glukose-resultatet kl. 14:00). Tallene til venstre viser glukose-niveauet i mg/dl (mmol/l). Tallene i bunden viser klokkeslættet.

FORSIGTIG: Hvis du krydser forskellige tidszoner, viser CGM APP'en alle glukosemålinger fra den igangværende session med deres testtidspunkt i den aktuelle tidszone.




De vandrette linjer viser dit høje og lave advarselsniveau. Din glukose er:

- Høj, når dine prikker er i det gule område af grafen.
- I dit målområde (mellem dine høje og lave advarselsindstillinger), når du er i det grønne område
- Lav, når den er i det røde område.


Når senderen genopretter forbindelsen til skærmenheden efter et signaltab eller lignende problem, kan op til 360 timers manglende CGM-resultater udfyldes på grafen.

For at se hændelser med din graf og for at se din graf over 24 timer skal du vende din mobile enhed om på siden (for liggende visning). Tryk og hold på en prik for at se tidspunktet for et tidligere CGM-resultat, eller skub fingeren hen over skærmen for at se CGM-resultater fra andre tidspunkter. For at skifte mellem visning af forskellige dage på din APP skal du trykke på "Flere dage" i menuen for liggende visning. Den hvide, hule prik angiver et valgt resultat på en af dagene, og glukose-resultatet vises øverst til venstre.



④ Dagligt gennemsnit


APP'en viser dig tendenser fra dine CGM-data i 1-dags segmenter, der opsummerer de 15 dage i visningen. Den hvide hule prik angiver den valgte daglige gennemgang, du ser på det øverste panel.



- A. Gennemsnitlig glukose er gennemsnittet af alle dine CGM-glukose-resultater fra den valgte dato. At kende din gennemsnitlige glukose giver dig et godt sted at starte, når du forsøger at få dine tal i mål.
- B. Højeste/laveste angiver det tidspunkt, hvor dit glukoseniveau nåede det højeste og laveste.
- C. Tid inden for området (TIR) er den procentdel af tiden, hvor dine glukoseniveauer er inden for målområdet. CGM APP'ens standardinterval inden for mål er 70-200 mg/dl (3,9-11,1 mmol/l), hvilket muligvis ikke er det, du har indstillet til din CGM. Du kan ændre intervallerne i Indstillinger.
- C. Tid over området (TAR) er den procentdel af tid, som dine glukoseniveauer er høje, og over målområdet. CGM APP'ens høje standardområde er over 200 mg/dl (11,1 mmol/l).
- C. Tid over området (TBR) er den procentdel af tid, som dine glukoseniveauer er høje, og over målområdet. CGM APP'ens lave standardområde er under 70 mg/dl (3,9 mmol/l).

5 Sammenligning

CGM APP'en giver dig mulighed for at vælge 2 dage fra din tidligere overvågning og sammenligne dine overvågningsresultater. Den farvede linje i grafikken angiver de datoer, du vælger (til højre i det øverste panel), og den hvide, hule prik angiver glukose-niveauet (til venstre i det øverste panel) på et bestemt tidspunkt.



3.3 Navigations- og statusbjælke

APP'en indeholder sektioner, hvor du kan se en glukoseoversigtsrapport, hændeshistorik og finde nyttige oplysninger såsom instruktioner til indsættelse af sensoren og den komplette brugsanvisning.

3.3.1 Rapport over glukose-oversigt

Rapporten over glukose-oversigten giver dig mulighed for at oprette og dele en rapport over dine tidligere glukose-data, op til de sidste 15 dage.

- I APP'en skal du trykke på knappen "Hændelser" på statusbjælken nederst.
- Tryk på "Historikrapport", og vælg det datointerval, du vil have vist.
- Tryk på "Hændeshistorik", og du kan se alle advarselsoplysninger.
- - Tryk på knappen "DEL" for at sende rapporten via e-mail til den, du vil dele den med.

3.3.2 Hjælpevejledning

Afsnittet "Hjælp" indeholder en digital version af brugervejledningen til iCan i3 CGM-systemet, herunder "Vejledning til hurtig start", "Produktselvstudier", "Brugsanvisning" og andre oplysninger om enheden.


3.4 Hændelser

En hændelse er en handling eller situation, der påvirker dit glukoseniveau. Med iCan i3 CGM-systemet kan du spore dine daglige hændelser, så du kan reflektere over deres effekt på dine glukosetendenser. Når begivenhederne er indtastet i APP'en, kan de ses på startskærmen og i rapporterne. Rapporterne hjælper dig med at se, hvordan hver hændelse påvirkede din glukose-tendens. Du kan gennemgå rapporterne med dit sundhedspersonale og lægge en plan for, hvordan du håndterer din diabetes.

3.4.1 Indtaste insulin-hændelse

Trin 1: Fra startskærmen skal du trykke på "+"

Trin 2: Tryk derefter på "Tilføj hændelse" ved siden af Insulin



Trin 3: Vælg insulintype

Du kan vælge din insulintype – hurtigvirkende, hurtigvirkende inhaleret, regelmæssig/kortvirkende, mellemvirkende, langvirkende, ultralangvirkende eller premixet her.

Trin 4: Indtast insulin-enheder for hver dosis, op til 99 enheder.

3.4.2 Andre hændelser

Udover insulin på din APP kan du tilføje andre hændelser som kost, motion, medicin og andet. Tilføjelse af disse hændelser er meget lig tilføjelse af insulin.

For nemheds skyld er der ingen grund til at stoppe alt og indtaste dine hændelser, mens de sker. Når du har et øjeblik, kan du indtaste tidligere hændelser. Hændelser er beregnet til at blive indtastet som individuelle hændelser.

3.5 Advarsler

Når dit CGM-resultat går fra dit målområde til dit forudindstillede advarselsniveau, fortæller din mobile enhed dig det med en visuel meddelelse og vibrationer eller lyd, afhængigt af advarslen og din mobilenhed. Du vil hvert 3. minut få vist advarselsskærmen sammen med en meddelelse og en vibration indtil du bekræfter den glukoserelaterede advarsel. Advarselsoplysningerne forbliver på din startskærm indtil du er tilbage i dit målområde, vil a.

Før du bruger APP'en, skal du gå til [Bilag F Advarsler](#), vibrationer og lyde for at tjekke vores anbefalinger til iPhone- og Android-telefonindstillinger. Tal også med dit sundhedspersonale om dine advarselsindstillinger. De kan foreslå, at du ændrer dem til andre værdier.

3.5.1 Presserende lav advarsler

Selvom der er en række forskellige advarsler, er der kun én særlig: den presserende advarsel ved lav glukose ved 55 mg/dl (3,1 mmol/l). Den presserende advarsel ved lav glukose kan ikke ændres eller slås fra med én undtagelse. Hvis du har en Android-telefon, og du har slået Forstyr ikke til, vil du ikke få nogen advarsler, heller ikke din presserende advarsel ved lav glukose.

Hvad du hører, føler og ser

- Første advarsel: Vibrerer 4 gange og bipper 4 gange
- Indtil bekræftet: Vibrerer og bipper 4 gange hvert 5. minut

Ellers, så længe din mobile enhed modtager CGM-resultater og meddelelser, vil du modtage din advarsel ved 55 mg/dl (3,1 mmol/l) eller lavere.

3.5.2 Advarsel

En advarsel er en besked, der fortæller dig, at dit trendniveau for din glukose eller CGM-systemet har brug for opmærksomhed. Du kan tilpasse advarslerne i din APP.

Når du har lyden slået til på din mobilenhed, vibrerer den og udsender en lyd ved advarslen. Hvis du har slået lyden fra, vibrerer den kun. Hver advarsel har eget vibrationsmønster.

Når du træffer beslutninger om behandling ved hjælp af din CGM, er det bedst at have lyden på din enhed skruet op, ikke slået fra, og at højttaleren fungerer.

ADVARSEL: Hvis du bruger hovedtelefoner, vil advarslerne kun lyde gennem hovedtelefonerne, ikke på din smart-enheds højttaler. Hvis enheden er sat på Lydløs, vil du ikke kunne høre lyden af nogen meddelelser, herunder den presserende advarsel om lav glukose.

Lav advarsel

Når dit CGM-resultat er under det målglukoseinterval, du har indstillet, får du din advarsel for lav glukose. Hvad du hører, føler og ser:

- Første advarsel: Vibrerer og bipper med APP-meddelelse.
- Indtil bekræftet: Vibrerer og bipper 2 gange hvert 3. minut.

Advarsel om høj glukose

Denne giver dig besked, når dine CGM-resultater er over dit målglukoseområde.

Hvad du hører, føler og ser:

- Første advarsel: Vibrerer og bipper med APP-meddelelse.
- Indtil bekræftet: Vibrerer og bipper 2 gange hvert 3. minut.

Advarsel om stigende eller faldende hastighed

- Langsom stigning eller fald: Indtil bekræftelse: Vibrerer og bipper 3 gange hvert 3. minut med APP-meddelelse.
- Hurtig stigning eller fald: Indtil bekræftelse: Vibrerer og bipper 6 gange hvert 3. minut med APP-meddelelse.
- Meget hurtig stigning eller fald: Indtil der bekræftes fortsætter vibrationer og bip.

Advarsel om signaltab

Dette fortæller dig, når du ikke får iCan-resultater. Din mobile enhed kan være for langt væk fra senderen, eller der kan være noget, f.eks. en væg eller vand, mellem senderen og skærmenheden.

I modsætning til andre advarsler kan signaltab ikke give en lyd eller vibrere, men du vil modtage en APP-meddelelse hvert 3. minut, indtil forbindelsen er genoprettet.

Hold din sender og skærmenhed inden for 6 meter af hinanden. Hvis det ikke virker, skal du prøve at slå din Bluetooth fra og til igen. Vent 10 minutter, og hvis det stadig ikke virker, skal du genstarte den mobile enhed og genåbne CGM APP'en.

Under signaltab kan du bruge din BG-måler til at kontrollere din glukose og træffe eventuelle behandlingsbeslutninger.


3.5.3 Tilpasning af dine advarsler

Måden hvorpå du indstiller dine advarsler, kan hjælpe dig med at nå dine mål for diabetesbehandlingen. Arbejd sammen med dit sundhedspersonale for at finde frem til den bedste tilpasning af advarsler til dig og dine mål.

Standardindstillingerne for glukoseadvarsel er 200 mg/dl (11,1 mmol/l) (høj) og 70 mg/dl (3,9 mmol/l) (lav).

Sådan ændrer du standardniveauerne for glukoseadvarsler:


- Tryk på "Indstillinger" nederst på skærmen Sensoropvarmning eller på startskærmen.
- Vælg "Personlige indstillinger."
- Tryk på det advarselsniveau, der skal ændres.



Advarsel om lav glukose

Advarsel om lav glukose. Tryk på skyderen for at slå advarslen fra.

Hvis advarslen er slået til, får du besked, når din glukose falder under det forudindstillede niveau, som oprindeligt er indstillet til 70 mg/dl (3,9 mmol/l). Tryk for at ændre denne værdi til mellem 55 mg/dl (3,1 mmol/l) og 99 mg/dl (5,5 mmol/l).



Vælg lyd og besked for denne advarsel. Lydstyrke og vibration vil matche indstillingerne på din mobilenhed.

Giv mig besked nedenfor 70 mg/dL >
Giv besked nedenfor 70 mg/dL


Lyde

Besked

Advarsel om høj glukose

Advarslen om høj glukose er som standard slået til. Tryk på skyderen for at slå advarslen fra.

Hvis advarslen er slået til, får du besked, når din glukose stiger til under det forudindstillede niveau, som oprindeligt er sat til 200 mg/dl (11,1 mmol/l). Tryk for at ændre denne værdi til mellem 117 mg/dl (6,5 mmol/l) og 450 mg/dl (25,0 mmol/l).



Vælg lyd og besked for denne advarsel. Lydstyrke og vibration vil matche indstillingerne på din mobilenhed.

Giv Mig Besked Ovenfor 200 mg/dL >
Giv besked ovenfor 200 mg/dL


Lyde

Besked

3.6 Adgang

Brug iCan CGM APP'ens "Adgangs"-funktion til at lade op til 10 venner, familie eller andre betroede omsorgspersoner se dine glukoseoplysninger. Du kan give dem adgang til kun dine sensor-aflæsninger og trendpilen eller inkludere trendgrafene. Du kan endda indstille glukosemeddelelser, som de kan få, når din glukose bliver høj eller lav, svarende til de advarsler, du får på din iCan CGM APP. Du kan til enhver tid redigere, stoppe med at dele med eller fjerne en "Plejepartner".

3.6.1 Inviter en "plejepartner"

Din "Plejepartner" behøver ikke at have iCan CGM APP'en på deres mobilenheder. De behøver kun at downloade iCan REACH APP'en. For at invitere nogen til at følge dig skal du gå til Indstillinger >  iCan ADGANG. Følg derefter instruktionerne på APP-skærmene. Du kan invitere dem ved at indtaste deres navn og e-mailadresse.

Dette viser, hvad din "Plejepartner" kan se. Hvis du vil tilpasse det, kan du skifte mellem "**Til/Fra**" for at aktivere eller deaktivere et element og derefter trykke på "**Send invitation**".

< Invitation til gennemgang

Hafter Lavt

På

Giv Mig Besked Ovenfor

200 mg/dL

Giv besked ovenfor 200 mg/dL

Lyde

På

Besked

Slukket

Giv mig besked nedenfor

70 mg/dL

Giv besked nedenfor 70 mg/dL

Lyde


På

Besked

Slukket

3.6.2 Redigere status

Skærmen Adgang viser status for din "Plejepartner" og giver dig mulighed for at invitere nye.



Afsnit 4: Beslutninger om behandling

- **Tal med dit sundhedspersonale (HCP'er)**
- **Hvornår skal du bruge din blodsuktermåler**
- **Brug af din CGM til behandlingsbeslutninger**

4.1 Tal med dit sundhedspersonale (HCP'er)

Definer dit målglukoseområde og dine indstillinger for advarsler i samarbejde med dit sundhedspersonale. Diskuter, hvordan du holder dig inden for dit mål ved hjælp af iCan i3 CGM-systemet. Lad dit sundhedspersonale guide dig gennem systemets funktioner, herunder justering af dine indstillinger for advarsler, så de passer til dine behov og mål, arbejde med CGM-resultater og trendpile til behandlingsbeslutninger og håndtering af din diabetes med systemet. Husk, at ændringer i din insulinrutine skal foretages med forsigtighed og kun under lægeligt tilsyn.

4.2 Hvornår skal du bruge din blodsuktermåler

ADVARSEL: Hvis dine symptomer ikke stemmer overens med dine CGM-resultater, skal du bruge din blodsuktermåler, når du træffer beslutninger om behandling. Hvis dine CGM-resultater ikke konsekvent stemmer overens med dine symptomer eller blodsuktermålerens værdier, skal du tale med dit sundhedspersonale.

Sørg for, at du altid har din blodsuktermåler på dig eller har umiddelbar adgang til den.

4.3 Brug af din CGM som hjælp til dine behandlingsbeslutninger

Arbejd sammen med dit sundhedspersonale om at finde ud af, hvad der er bedst for dig, når du skal træffe beslutninger om behandling. Følg altid deres instruktioner i behandlingsbeslutningen. Du bør fortsætte med at bruge din BG-måler, indtil du er fortrolig med iCan i3 CGM.

Trendpilene viser hastigheden og retningen af dine CGM-resultater, så du kan se, hvor du er på vej hen. Tal med din sundhedsudbyder om at bruge trendpilene til at bestemme, hvor meget insulin du skal tage. Følgende oplysninger kan hjælpe dig med at træffe beslutninger om behandling.

Stabil pil

Handlinger, der skal overvejes:

- Lav: Spis
- Høj: Hold øje og vent, hvis du har taget insulin for nylig. Ellers skal du opjustere insulindosis
- Inden for målområdet: Ingen handling nødvendig

Pilene går opad

Handlinger, der skal overvejes:

- Lav: Hold øje og vent
- Høj: Hold øje og vent, hvis du har taget insulin for nylig. Ellers skal du opjustere insulindosis
- Inden for målområdet: Hold øje og vent, hvis du har taget insulin for nylig. Ellers skal du opjustere insulindosis

Pilene går nedad

Handlinger, der skal overvejes:

- Lav: Spis. Har du fået for meget insulin eller motion?
- Høj: Hold øje og vent. Har du fået for meget insulin eller motion?
- Inden for målområdet: Spis

Afsnit 5: Afslutte en session

- Afslutte din sensor-session
- Fjerne en sensor
- Starte en ny sensor-session

5.1 Afslutte din sensor-session

Din iCan i3 CGM er beregnet til at vare i 15 dage. Sensoren stopper automatisk, når de 15 dage er gået. Du kan også afslutte sensor-sessionen før tid ved at stoppe den manuelt. Før den slutter, vil du få meddelelser, der fortæller dig, at din sensor-session er ved at slutte. Før du starter en ny sensor-session, skal du fjerne din eksisterende sensor.

5.1.1 Automatisk standsning af en session

Efter 15 dage stopper CGM-sessionen automatisk. I APP'en vil du se en meddelelse om, at sessionen er afsluttet. Når sessionen er stoppet, skal du fjerne sensoren og trykke på **"OK, Skift ny sensor"** for at starte en ny CGM-session.

5.1.2 Manuel standsning af en session


Hvis du vælger at stoppe en session før udløbet af de 15 dage, skal du stoppe den manuelt.

Tryk på knappen **"Indstilling"** i CGM APP'en, og vælg **"Afslut overvågningen"**, hold knappen nede i 3 sekunder for at afslutte den aktuelle session.

5.2 Fjerne sensoren

Træk op i kanten af det klæbebånd, der holder sensoren fast på huden. Træk den langsomt væk fra huden i én bevægelse.

FORSIGTIG: Eventuelle klæberester på huden kan fjernes med varmt sæbevand eller isopropylalkohol.



Kassér den brugte sensor. Se Bortskaffelse i [Bilag C](#).

5.3 Starte en ny sensor-session

Når du er klar til at påsætte en ny sensor, skal du følge instruktionerne i **Afsnit 2: Start din sensor** for at starte en ny sensor-session. Du bliver nødt til at scanne eller indtaste en ny sensor-kode, fordi koden er specifik for hver sensor.

Bilag A: Fejlfinding

Afsnittene vedrørende fejlfinding er kategoriseret efter funktion eller systemkomponent. Løsningerne her er korte og ikke altomfattende. Der henvises til specifikke afsnit for mere detaljerede svar eller forebyggende foranstaltninger.

Er du stadig ikke sikker på, hvad du skal gøre efter at have læst dette afsnit? Hvis dit problem ikke er anført, eller den anbefalede løsning her ikke løser problemet, skal du kontakte Kundeservice

E-mail: support@icancgm.com

Web: iCan-cgm.com

A.1. Sensorproblemer

Ting, der skal undersøges/ spørgsmål, der skal stilles	Løsninger
Indsætningsstedet er rødt, irriteret eller smertefuldt	Udskift sensoren, og indsæt den et andet sted. <ul style="list-style-type: none">• Undgå om muligt steder, hvor tøjet kan gnide, hvor din krop bøjer meget, eller nær bæltet. Disse områder udgør en større risiko for, at sensoren og senderen trækkes ud ved et uheld.• Indsæt ikke sensoren i et område, der er magert, arret eller fortykket. Hvis den indsættes i disse områder, kan det nedsætte strømmen af interstitiel væske, eller sensoren kan knække. FORSIGTIG: Hvis du fortsat oplever hudirritation omkring eller under din sensor, skal du fjerne sensoren og holde op med at bruge systemet. Hudreaktionen kan komme et stykke tid efter første gang, man bruger enheden. Hvis du reagerer på klæbemidlet, bedes du kontakte dit sundhedspersonale, før du fortsætter med at bruge det.
Sensoren blev ikke helt indsat	Hvis din sensor ikke er helt indsat eller løsner sig, kan du muligvis ikke få glukosemålinger på APP'en. Stop sessionen, og fjern sensoren. Indsæt en ny sensor for at starte en ny session.

Ting, der skal undersøges/ spørgsmål, der skal stilles	Løsninger
Indsætningsstedet bløder	Fjern sensoren, og kassér den. Kontroller stedet for blødning, irritation, smerte, ømhed eller betændelse, og behandl det derefter. Indsæt en ny sensor på et andet sted.
Ødelagt sensor	Hvis en sensorspids brækker af under huden, og du ikke kan se den, må du ikke forsøge at fjerne den selv. Kontakt dit sundhedspersonale. Søg også professionel lægehjælp, hvis du har symptomer på infektion eller betændelse (f.eks. rødme, hævelse eller smerte på indstiksstedet).
Sensorklæbebåndet vil ikke klæbe til huden	Sørg for, at stedet er ordentligt rengjort og tørt inden indsættelse. Se afsnit 2 for rengøringsinstruktioner. Hvis du bemærker, at kanterne på klæbebåndet er ved at blive flossede eller ikke klæber til huden, skal du sætte overplasteret eller medicinsk tape på kanterne for at sikre det.
Sensoren virker ikke efter nedsænkning i vand	Hvis problemet ikke er løst efter 1 time, skal du stoppe sessionen, fjerne sensoren og indsætte en ny sensor for at starte en ny session.
Indsætningsstedet er stadig ikke lettet efter fjernelse af sensoren	Hvis du bemærker smerte, hævelse, rødme, udflåd eller andre tydelige tegn på lymfangitis, såsom forstørrede lokale lymfeknuder eller feber, på indføringsstedet efter at have fjernet sensoren, skal du straks kontakte dit sundhedspersonale. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, bedes du kontakte din læge eller andet sundhedspersonale.
Applikatoren sidder fast og vil ikke løsne sig fra huden, efter at du har trykket på knappen for at indsætte sensoren	Træk forsigtigt applikatoren op, indtil du kan se klæbebåndet. Hold i kanten af tapen med en finger eller tommelfinger, og skub forsigtigt applikatoren tilbage, væk fra kroppen. Forsøg ikke at genbruge applikatoren. Hvis du har nogle problemer, kan du kontakte kundeservice på e-mail: support@icancgm.com
Overplaster eller medicinsk tape over plasteret.	Kan forårsage yderligere allergifremkaldende klæbende tape på brugerens hud. Hvis du bemærker en betydelig hudirritation omkring eller under din sensor, skal du fjerne sensoren og holde op med at bruge CGM'en. Kontakt dit sundhedspersonale, før du fortsætter med at bruge CGM'en.

A.2. Problemer med senderen

Ting, der skal undersøges/ spørgsmål, der skal stilles	Løsninger
Senderen blev ikke parret med mobilenheden	Kontrollér følgende: QR-koden på senderen matcher den på sensorpakken (se afsnit 2 for flere oplysninger) - Senderen og den mobile enhed er inden for 6 meter af hinanden, og Bluetooth er slået til - Hvis senderen tidligere har været forbundet med din mobilenhed, men nu ikke vil oprette forbindelse: - Naviger til Bluetooth-indstillingerne på din mobile enhed (ikke i CGM APP'en). - Forsøg at parre igen. Se afsnit 2 for flere oplysninger. Hvis disse løsninger ikke løser problemet, bedes du kontakte kundeservice på e-mail: support@icancgm.com
Advarsel om unormal strømforbrug	Hvis strømmen er unormal i overvågningsprocessen, vil der blive givet en advarsel om unormal strømforbrug. Kontakt kundeservice på e-mail: support@icancgm.com

A.3. CGM APP-problemer

Ting, der skal undersøges/ spørgsmål, der skal stilles	Løsninger
Din mobile enhed kan ikke downloade CGM APP'en	Besøg iCan-cgm.com for at se en liste over mobile enheder, der fungerer med CGM APP'en. Hvis din enhed ikke er på listen, skal du skifte til en ny mobilenhed, der er kompatibel. Installer APP'en på din nye mobilenhed.

Ting, der skal undersøges/ spørgsmål, der skal stilles	Løsninger
CGM-resultater vises ikke på START-skærmen	<p>CGM'en er ved at varme op. I løbet af de første 2 timer vil startskærmen ikke vise CGM-resultater.</p> <p>Din sender kan have mistet kommunikationen med APP'en. Sørg for, at senderen og APP'en er inden for 6 meter fra hinanden, og at Bluetooth er tændt. Kontroller, at START-skærmen viser et ikon med Bluetooth-forbindelseessignal øverst til højre.</p>
Data mangler på trenddiagrammet på START-skærmen	<p>Hvis din sender og APP mister kommunikationen, kan der være et hul i dataene, fordi resultaterne ikke blev sendt til APP'en. Når kommunikationen er genoprettet, kan hullet blive udfyldt, hvis senderen indsamlede data i den periode.</p>
Kan ikke høre advarsler	<p>Hvis du ikke kan høre dine advarsler på din APP, skal du kontrollere, at APP'en, Bluetooth, lydstyrke og meddelelser er slået til. Hvis du genstarter din mobilenhed, skal du åbne CGM APP'en igen.</p> <p>Sørg for, at en session er i gang.</p>
Signalstab	<p>For at løse dette problem skal du holde din sender og skærmenhed inden for 6 meter af hinanden.</p> <p>Hvis det ikke virker, skal du prøve at slå din Bluetooth fra og til igen. Vent i op til 10 minutter.</p> <p>Hvis det ikke virker, skal du genstarte mobilenheden og åbne CGM APP'en igen.</p> <p>Vent i op til 30 minutter. Systemet kan selv rette op på problemet. Hvis ikke, kan du kontakte kundeservice på e-mail: support@icancgm.com</p>
Startskærmen viser Lav eller Høj i stedet for CGM-resultat	<p>Systemet fungerer, som det skal. Brug din blodsukkermåler, og behandl dit høje eller lave blodsukker. Når dit resultat er mellem 36 og 450 mg/dl, vil din iCan i3 CGM vise dit resultat i stedet for Lav eller Høj.</p>

Bilag B: Sikkerhed og flyrejser

Hvis du har brug for hjælp til dit iCan i3 CGM-system, kan du kontakte kundeservice på e-mail: support@icancgm.com.

ADVARSEL: I nødstilfælde skal du kontakte dit sundhedspersonale eller et medicinsk nødberedskab.

B.1. Sikkerhedskontrol

Du kan bruge en af følgende metoder til at gå gennem sikkerhedskontrollen, når du bærer din iCan i3 CGM, uden at bekymre dig om at beskadige dine CGM-komponenter:

- hånd-scanning,
- kropsvisiteringer,
- visuel inspektion,
- gennemgang i metaldetektorer

FORSIGTIG: Sikkerhedsudstyr, du skal **UNDGÅ**

- Gå ikke gennem en AIT-bodyscanner (Advanced Imaging Technology) (også kaldet en millimeterbølgescanner).
- Lad ikke dine CGM-komponenter gå gennem røntgenapparater.

Hvis du er bekymret for sikkerhedsudstyret, så tal med sikkerhedsvagten og bed om at blive kropsvisiteret eller få en fuld kropsvisitering med en visuel inspektion af din sensor og sender. Fortæl sikkerhedsvagten, at du ikke kan fjerne sensoren, fordi den er indsat under din hud.

B.2. Under din flyrejse

For at kunne bruge APP'en, mens du er på flyet, skal du sørge for at skifte din mobilenhed til flytilstand og holde Bluetooth tændt.

Bilag C: Pas på din CGM

C.1. Vedligeholdelse

Komponenter	Hvad du skal gøre.....
Sensor-applikator	<ul style="list-style-type: none">• Opbevar den i den sterile emballage, indtil den er klar til brug• Må ikke bruges, hvis den er udløbet
Sender	<ul style="list-style-type: none">• Opbevar den i æsken, indtil den er klar til brug. Kontroller senderen, og brug den ikke, hvis den er beskadiget• Spild ikke væske, og nedsenk ikke enheden i vand• Må ikke bruges, hvis senderen er udløbet
Sensor	<ul style="list-style-type: none">• Når du har påført senderen og båret den på kroppen, må du ikke bruge lotion, solcreme, insektafvisende middel eller lignende på den

Der er ikke anbefalet eller testet nogen rengøringsmetoder til den anvendte iCan i3 CGM. Tør kun enheden af med en ren, tør klud. Tør ikke senderen med en hårtørret, da varmen kan beskadige senderen.

C.2. Opbevaring og transport

Opbevares ved temperaturer mellem 2-30 °C (36 °F og 86 °F).







Opbevares ved en relativ luftfugtighed på mellem 10 % og 90 %.





FORSIGTIG:

- Opbevaring uden for dette område kan medføre unøjagtige CGM-resultater.
- Sensoren kan opbevares i køleskab, hvis den er inden for temperaturområdet.
- Opbevar sensorer på et køligt, tørt sted. Må ikke opbevares i en parkeret bil på en varm eller iskold dag eller i en fryser.

C.3. Kontrol af systemindstillinger

Du kan til enhver tid tjekke din APP for oplysninger om dit CGM-system. Her er den anbefalede indstilling for din iPhone og Android-mobilenhed.

	Skærmtid	Nedetid for skærmtiden og APP-begrænsninger kan midlertidigt deaktivere apps. Det kan du gøre: <ul style="list-style-type: none">- Slukke for nedetid og APP-grænser eller- Føje CGM APP til listen over altid tilladte APPs
	Forstyr ikke	Forstyr ikke slukker for alle advarsler undtagen den presserende advarsel for lav glukose. I iOS kan du <ul style="list-style-type: none">• Gå til Indstillinger, tryk på Forstyr ikke, og slå det fra
	Tilladelse til Forstyr ikke	Du skal give tilladelse til Forstyr ikke, for at CGM APP'en kan fungere. Tilladelsen Forstyr ikke sikrer, at du altid får den presserende advarsel for lav glukose og vigtige iCan-advarsler, selv når du sætter din telefon i den mest restriktive Forstyr ikke-indstilling. I Android kan du: <ul style="list-style-type: none">• Følge instruktionerne i APP'en, eller gå til Indstillinger, find tilladelse eller adgang for Forstyr ikke, vælg CGM APP'en, tryk på Tillad Forstyr ikke, og tryk på Tillad.
	Lav strømtilstand	Lav strømtilstand kan forhindre CGM APP i at køre i baggrunden. I iOS kan du <ul style="list-style-type: none">• Gå til Indstillinger, tryk på Batteri, og slå lav strømtilstand fra.
	Batterisparetilstand	I Android kan du: Gå til Indstillinger, og slå Batterisparetilstand fra, eller vælg den højeste batterydelse på visse telefoner.
	Enhedens Bluetooth	Din CGM APP bruger Bluetooth til at oprette forbindelse til din sender. Du skal have Bluetooth slået til på din telefon for at få advarsler og sensorresultater. Det kan du gøre: <ul style="list-style-type: none">• Gå til Indstillinger, find Bluetooth, og slå det til.

	<p>Appens Bluetooth-tilladelse</p>	<p>Apple kræver, at du giver CGM APP'en tilladelse til at bruge Bluetooth. Du skal have Bluetooth-tilladelsen slået til, for at CGM APP'en kan fungere.</p>
	<p>Tilladelse til meddelelser</p>	<p>Meddelelser giver dig mulighed for at få advarsler på din telefon. Hvis meddelelser til CGM APP'en er slået fra, får du ingen meddelelser. Vi anbefaler, at du slår meddelelser for CGM APP'en til. På iOS 15 og nyere skal APP'en ikke tilføjes til Planlagt oversigt.</p> <p>Det kan du gøre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gå til Indstillinger, vælg CGM APP, tryk på Meddelelser, slå Tillad notifikationer til.
	<p>Baggrundsopdatering af app</p>	<p>Baggrundsopdatering af app gør det muligt for CGM APP'en at fortsætte med at køre i baggrunden. Baggrundsopdatering af app er slået fra, kan dine CGM APP-advarsler blive forsinkede. Det kan du gøre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gå til Indstillinger, find CGM APP, og slå Baggrundsopdatering af app til.
	<p>Fokustilstand</p>	<p>På iOS 15 og nyere vil Focus-funktionen slå advarsler og meddelelser fra for udvalgte APPs. Hvis du tilføjer CGM APP til en fokustilstand, kan dine iCan APP-advarsler blive forsinkede. Det kan du gøre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undlade at bruge fokustilstande • I iOS: Gå til Indstillinger, find Fokus, vælg en fokustilstand, tilføj CGM APP'en som en Tilladt APP, og gentag for hver fokustilstand. • Android skal du gå til Indstillinger, finde Digital Velbefindende, og bekræfte, at CGM APP ikke er på listen Distraherende APPs.
<p>Placering</p>		<p>Placering skal være slået til for at bruge Bluetooth. Hvis Placering er slået fra, vil du ikke få advarsler eller sensorresultater.</p> <p>Placeringen af hver indstilling kan være forskellig baseret på din iOS-version. Se vejledningen til din mobile enhed for yderligere oplysninger.</p> <p>Android 10 og nyere: Gå til Indstillinger, find CGM APP, tryk på Tilladelse til placering, og vælg Tillad hele tiden.</p> <p>Android 9 og ældre: Gå til Indstillinger, find CGM APP, tryk på Tilladelse til placering, og slå det til.</p>

App-pause	<p>På Android 10 og nyere kan Sæt midlertidigt på pause deaktivere apps. Brug af Pause med CGM APP'en stopper alle advarsler og sensor-resultater.</p> <p>Det kan du gøre: Tryk på CGM APP-ikonet på skrivebordet eller i APP-skuffen, og tryk på ikke-forårsaget APP.</p>
Sørg for, at dine skærmenheder er online	<p>hvis du logger ind, opretter en ny konto og parrer senderen, skal dine skærmenheder være online, ellers kan du ikke bruge CGM'en, hvilket kan forsinke behandlingen.</p> <p>Deling af dine glukosedata med andre kræver også, at dine skærmenheder er online, ellers kan du ikke dele, hvilket kan medføre ulemper.</p>

Bemærk: Skal have sikker internetadgang under opsætningen. Ændringer i IT-NETVÆRK (herunder netværkskonfiguration, tilslutning eller frakobling af andre elementer, opdatering eller opgradering af iCan CGM) kan medføre nye risici, der kræver yderligere analyse

C.4. Bortskaffelse af systemet

Forskellige steder har forskellige krav til bortskaffelse af elektronik (sender) og dele, der har været i kontakt med blod eller andre kropsvæsker (sensor). Følg de lokale krav til affaldshåndtering i dit område.

Bilag D: Tekniske oplysninger

D.1. Karakteristik af enhedens ydeevne

Oversigt

Sinocare vurderede iCan i3 CGM's ydeevne i et klinisk studie med 60 voksne deltagere (18 år og ældre). Deltagerne havde alle type 1- eller type 2-diabetes.

Deltagerne bar apparaterne på maven i op til 15 dage.

Hver deltager deltog i mindst én klinisk session i begyndelsen (dag 2), midten (dag 7-9) eller slutningen (dag 15) af den 15 dage lange brugsperiode for at få målt deres venøse blodsukker hvert 15. minut med en laboratoriereferencemetode, Yellow Springs Instrument 2900D Biochemistry Analyzer.

iCan i3 CGM-enheden blev sammenlignet med metoden til laboratoriereferencen for at evaluere nøjagtigheden hos deltagere i alderen 18 år og ældre.

Nøjagtighed

Nøjagtigheden af iCan i3 CGM er vist i tabellen herunder.

Gennemsnitlig absolut relativ forskel (Mean absolute relative difference: MARD) er et mål, der viser, hvor langt glukosesensorens måling i gennemsnit er fra en blodsuktermåling. iCan i3 CGM MARD er 8,71 %, hvilket betyder, at den kan måle 8,71 % lavere eller højere end dit blodsukker. Hvis dit blodsukker for eksempel var 270 mg/dl (15,0 mmol/l), kan sensoren i gennemsnit aflæse 24 mg/dl (1,4 mmol/l) lavere eller højere.

Ydelsesmålinger*	Resultat	Bemærkninger
Overordnet nøjagtighed	8.71 %	Gennemsnitlig absolut relativ forskel i forhold til hele spektret af glukoseniveauer, 36-450 mg/dl (2,0-25,0 mmol/l).

Ydelsesmålinger*	Resultat	Bemærkninger
Klinisk nøjagtighed	100 %	% af aflæsninger i Consensus Error Grid Zone A (% CEG Zone A+B) Glukosemålinger i zone A og B anses for at være klinisk acceptable, hvorimod resultater uden for zone A og B kan have et negativt klinisk resultat.

*Referencen er venøs plasmaglukoseværdi målt på YSI-glukoseanalysator (Yellow Springs Laboratory Instrument)

Potentielle kliniske fordele

Nogle af de potentielle fordele ved at bruge dit iCan i3 CGM-system er

- Forbedret styring af glykæmisk kontrol
 - Forbedret styring af HbA1c/A1c-værdi (angiver forbedring af den glykæmiske kontrol)
 - Færre tilfælde af alvorlig hypoglykæmi ved ubevidst hypoglykæmi
 - Færre tilfælde og kortere varighed af hyperglykæmi
- Potentiale for øget selvforvaltning
 - Øget patientindsigt vedrørende mad, portioner, fysisk aktivitet, stress og valg af diabetesmedicin
 - Øget proaktiv og retroaktiv beslutningstagning hos patienterne som følge af nem og rettidig adgang til flere data, herunder postprandiale data og data fra natten.
 - Øget evne og hastighed til selv at vurdere validiteten af ændringer i behandlingen, hvilket kan øge følelsen af bemyndigelse og selvagtelse
 - Flere typer glykæmiske målinger til rådighed (% tid inden for området osv.)
- Potentiale for forbedret livskvalitet

- Færre fingerstik-tests, lettere glukosemåling
- Færre manuelle registreringer
- Øget evne til at identificere og behandle hypoglykæmi;
- Øget tryghed for dem, der er bange for hypoglykæmi under søvn, sport, bilkørsel osv.
- Reducerede begrænsninger ved blodsukkermålinger med fingerstik:
 - CGM overvinder nogle af begrænsningerne ved blodsukkermålinger med fingerstik, bl.a.: ulejligheden, det fysiske påtrængende ved at "stikke" flere gange dagligt, begrænset enkelt "point-til-tiden" glukosemåling, manglende data (mellem måltider, natten over, ved sport eller ved asymptomatisk hypo/hyperglykæmi).
 - CGM giver blodsukkermålinger i realtid hele dagen, og hvis apparatet bruges så tæt på dagligt som muligt, kan det give dynamisk glukoseoplysninger i realtid, øge den glykæmiske kontrol og resultere i hurtig, proaktiv respons, så brugeren får maksimal klinisk gavn af det.

D.2. Produktspecifikationer

Sensor	
Sensorens metode til glukoseanalyse	Amperometrisk elektrokemisk sensor
Sensorens resultatområde for glukose	36,0 mg/dl - 450,0 mg/dl (2,0-25,0 mmol/l)
Sensorens levetid	Op til 15 dage
Holdbarhed	Op til 1 år
Opbevarings- og transporttemperatur	2°C til 30 °C (36 °F til 86 °F)
Opbevarings- og transportfugtighed	10 % - 90 % relativ luftfugtighed
Driftstemperatur	10°C til 42 °C (50 °F til 108 °F)
Luftfugtighed ved drift	10 % - 90 % relativ luftfugtighed
Anvendt del	Type BF, anvendt del
Sender	
Senderens batteritype	1 knapcelle, der ikke kan serviceres eller genoplades, inde i senderen, DC 1,5 V
Anvendt del	Type BF, anvendt del
Driftstilstand	Kontinuerlig drift
TX-frekvens	2,402 GHz-2,480 GHz
Båndbredde	1,06 MHz
Maksimal udgangseffekt	1+1 dBm
Modulation	Gaussisk frekvensskift
Rækkevidde for datakommunikation	6 meter (20 ft) uden forhindringer
Opbevarings- og transporttemperatur	2°C til 30 °C (36 °F til 86 °F)
Opbevarings- og transportfugtighed	10 % - 90 % relativ luftfugtighed
Driftstemperatur	10°C til 42 °C (50 °F til 108 °F) FORSIGTIG: Når senderen betjenes i lufttemperaturer over 41 °C (106 °F), kan senderens temperatur overstige 42,7 °C (109 °F)
Luftfugtighed ved drift	10 % - 90 % relativ luftfugtighed
Atmosfærisk tryk	700hPa-1060hPa

Holdbarhed	Op til 1 år
Udgivelsesversion	V01

Minimumskrav til driftsmiljøet for iCan CGM APP:

Platform	Android 8.1 og nyere, iOS 14.1 og nyere
Bluetooth-version	Bluetooth 5.0
Hukommelse	1G og derover
CPU	Hovedfrekvens 1,4 GHz og derover
Skærm	Ikke mindre end 12 cm (4,7 tommer)
Opløsning	Ikke mindre end 1280*720
Lagringskapacitet	Ikke mindre end 500M
Netværk	WLAN (Wireless Local Area Network) eller mobilnetværk (4G og derover), samt Bluetooth-funktion

Bemærk: Skal have sikker internetadgang under opsætningen. Forbindelse til IT-NETVÆRK herunder andet udstyr, kan resultere i tidligere uidentificerede RISICI, såsom uautoriseret adgang, malware og virus, databrud osv. Hvis du identificerer sådanne risici, når du bruger iCan CGM ved at oprette forbindelse til netværk, skal du stoppe appen, når du finder sådanne risici, og kontakte kundeservice på e-mail: support@icancgm.com for at få hjælp til dit iCan i3 CGM-system.

D.3. Oversigt over servicekvalitet

Servicekvaliteten for iCan i3 CGM-systemets trådløse kommunikation ved hjælp af Bluetooth Low Energy er sikret inden for den effektive rækkevidde på 6 meter, uhindret, mellem iCan-senderen og den parrede skærmenhed med regelmæssige intervaller på 3 minutter. Hvis forbindelsen mellem senderen og skærmenheden afbrydes, vil alle ubesvarede pakker (op til 360 timer) blive sendt fra senderen til skærmenheden, når forbindelsen genoptages. iCan i3 CGM-systemet er designet til kun at acceptere radiofrekvenskommunikation (RF) fra genkendte og parrede skærmenheder.

D.4. Sikkerhedsforanstaltninger

iCan i3 CGM-systemet er designet til at transmittere data mellem senderen og udpegede skærmenheder i overensstemmelse med BLE-protokollerne, der er industristandard. Det accepterer ikke radiofrekvenskommunikation (RF) ved hjælp af nogen anden protokol, herunder klassiske Bluetooth-kommunikationsprotokoller.

Ud over den sikkerhed, som BLE-forbindelsen giver, er kommunikationen mellem iCan-senderen og mobilapps beskyttet af yderligere sikkerhedsniveauer og sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af et krypteret og proprietært dataformat. Dette format indeholder forskellige metoder til at verificere dataintegritet og til at opdage potentielle tilfælde af datamanipulation. Selvom formatet er proprietært, bruges krypteringsprotokoller, der er standard i branchen (f.eks. RSA og AES) i forskellige dele af dette proprietære dataformat.

Medmindre den er deaktiveret, kommunikerer iCan-mobilappen regelmæssigt med lokale servere. Kommunikationen mellem CGM-applikationen og lokale servere er beskyttet af en række mekanismer, der er designet til at sikre mod datakorruption. Dette inkluderer JWT-tokenbaseret godkendelse og autorisation, der er branchesstandard. Al sådan kommunikation foregår udelukkende via krypterede datastier ved hjælp af industristandard i SSL-format. Vi tager dit privatliv alvorligt og giver alle vores brugere globalt den fulde pakke af GDPR-rettigheder.

Fjernelse af begrænsninger og sikkerhedsforanstaltninger, der er indstillet af producenten på en smart-enhed. Fjernelsen udgør en sikkerhedsrisiko, og dine data kan blive sårbare.

FORSIGTIG:

Du må ikke installere iCan CGM-appen på en jailbroken (Apple) eller rooted (Android) smart-enhed. Den vil ikke fungere korrekt

D.5. Vejledning og producentens erklæring - Elektromagnetiske emissioner

Test af immunitet	Senderens overensstemmelsesniveau
2014/53/EU RED	I overensstemmelse med de væsentlige krav i artikel 3.1(a) om beskyttelse af sundheden, 3.1(b) om et passende niveau af elektromagnetisk kompatibilitet og 3.2 om effektiv brug af spektret i 2014/53/EU RED

D.6. Vejledning og producentens erklæring - Elektromagnetisk immunitet

Senderen er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet i den næste tabel. Kunden eller brugeren af senderen skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø.





Test af immunitet	Senderens overensstemmelsesniveau
Electrostatic Discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV Kontakt ± 15 kV Luft
Magnetic Field (50Hz and 60Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m
Radiated Fields Disturbance IEC 61000-4-3	10 V/m ved 80 MHz til 2700 MHz (AM-modulation)










Elektromagnetisk interferens kan stadig forekomme i hjemmeplejemiljøet, da kontrol over EMC-miljøet ikke kan garanteres. En interferenshændelse kan genkendes ved huller i CGM-resultater eller grove unøjagtigheder. Brugeren opfordres til at forsøge at afbøde disse effekter ved hjælp af en af følgende foranstaltninger: Hvis dine symptomer ikke stemmer overens med dine CGM-resultater, skal du bruge din blodsukkermåler, når du træffer beslutninger om behandling. Hvis dine CGM-resultater ikke konsekvent stemmer overens med dine symptomer eller blodsukkermålerens værdier, så tal med dit sundhedspersonale om, hvordan du skal bruge iCan i3 CGM til at styre din diabetes. Din sundhedspersonale kan hjælpe dig med at beslutte, hvordan du bedst bruger dette apparat.

D.7. Sikkerhedserklæringer for iCan ACCESS og iCan REACH APP










iCan ACCESS giver dig mulighed for at sende dine sensoroplysninger fra din app til dine plejepartneres smartenheder (iCan REACH APP). iCan REACH APPens oplysninger er altid ældre end din app. Oplysningerne på iCan REACH APPen er ikke beregnet til at blive brugt til behandlingsbeslutninger eller analyser.

Bilag E: Symboler på etiketter

Symbol	Beskrivelse		
	Producent		
<table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab/Den Europæiske Union
EC	REP		
<table border="1"><tr><td>UK</td><td>REP</td></tr></table>	UK	REP	FK ansvarlig person
UK	REP		
	Dato for fremstilling		
	Sidste anvendelsesdato		
<table border="1"><tr><td>SN</td></tr></table>	SN	Serienummer	
SN			
<table border="1"><tr><td>LOT</td></tr></table>	LOT	Batchkode	
LOT			
IP28	IP28: Beskyttet mod berøring med fingre og genstande større end 12,5 mm. Beskyttet mod langvarig nedsækning i op til et specificeret tryk.		
	Type BF, anvendt del		
<table border="1"><tr><td>STERILE</td><td>R</td></tr></table>	STERILE	R	Steriliseret ved hjælp af bestråling
STERILE	R		

	Enkelt sterilt barriersystem
	Temperaturgrænse
	Begrænsning af luftfugtighed
	MR Usikker
	Må ikke genbruges
	Brug ikke pakken, hvis den er brudt, beskadiget eller åbnet
	Dette produkt må ikke bortskaffes via den kommunale affaldsindsamling. Separat indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til direktiv 2012/19/EC i EU er påkrævet. Kontakt producenten for nærmere oplysninger.
	Forsigtig
	Se den elektroniske brugsanvisning



iCan-cgm.com

	<p>Holdes væk fra sollys</p>
	<p>Opbevares tørt</p>
	<p>Bluetooth</p>
	<p>Dette symbol angiver, at CGM'en har opnået europæisk teknisk overensstemmelse i henhold til (EU) 2017/745</p>
	<p>Medicinsk udstyr</p>
	<p>Indikerer en bærer, der indeholder unikke identifikationsoplysninger for enheden</p>
	<p>En genstand, der udgør en uacceptabel risiko for patienten, det medicinske personale eller andre personer i MR-miljøet</p>
	<p>Følg brugsanvisningen</p>
	<p>Angiver den enhed, der importerer det medicinske udstyr til lokaliteten</p>


Bilag F: Advarsler, vibrationer og lyde

F.1 Advarsler om lav glukose

Skærm	Beskrivelse
<p data-bbox="122 280 294 299">Advarsel om Akut lavt</p> <p data-bbox="94 321 337 422">Dit blodsukkerniveau er i øjeblikket 53 mg/dL, som er under det indstillede Akut Lavt niveau på 55 mg/dL. Dit blodsukker har været i fareområdet. Vær opmærksom på at kontrollere dit blodsukker.</p> <p data-bbox="192 459 242 475">Bekræft</p>	<p data-bbox="394 342 926 386">Giv besked, når resultatet er under standardniveauet for lav glukose (standard er 55 mg/dl)</p>
<p data-bbox="132 574 288 613">Advarsel Om Hurtigt Stigende Glukose</p> <p data-bbox="94 638 337 721">Dit blodsukkerniveau er i øjeblikket 216 mg/dL, som overskrider det indstillede høje niveau på 200 mg/dL. Dit glukoseniveau Stiger Hurtigt. Vær opmærksom på dit blodsukker.</p> <p data-bbox="187 755 249 771">Bekræft</p>	<p data-bbox="394 645 684 664">Advarsel om stigende hastighed.</p> <p data-bbox="394 678 840 723">Giv besked, når glukoseresultatet er over det høje advarselsniveau og det stiger hurtigt.</p>
<p data-bbox="140 878 294 917">Advarsel om Hurtigt Faldende Glukose</p> <p data-bbox="94 927 337 1011">Dit blodsukkerniveau er i øjeblikket 60 mg/dL, som overskrider det indstillede lave niveau på 70 mg/dL. Dit Glukoseniveau Falder Hurtigt Vær opmærksom på dit blodsukker.</p> <p data-bbox="189 1052 249 1068">Bekræft</p>	<p data-bbox="394 943 636 962">Advarsel om faldhastighed.</p> <p data-bbox="394 976 850 1021">Giv besked, når glukoseresultatet er under det lave advarselsniveau og falder hurtigt.</p>

<p>Advarsel om Høj Glukose</p> <p>Dit blodsukkerniveau er i øjeblikket 210 mg/dL, som overskrider det indstillede høje niveau på 200 mg/dL. Vær opmærksom på dit blodsukker.</p> <p>Bekræft</p>	<p>Giv besked, når glukoseresultatet er over det høje advarselsniveau</p>
<p>Advarsel om Lav Glukose</p> <p>Dit blodsukkerniveau er i øjeblikket 60 mg/dL, som overskrider det indstillede lave niveau på 70 mg/dL. Vær opmærksom på dit blodsukker.</p> <p>Bekræft</p>	<p>Giv besked, når glukoseresultatet er under det lave advarselsniveau.</p>
	<p>Giv besked, når glukoseresultatet er over resultatområdet (standard er 450 mg/dl)</p>
	<p>Giv besked, når glukoseresultatet er under resultatområdet (standard er 36 mg/dl)</p>

F.2 Advarsler om lav glukose

Skærm	Beskrivelse
 <p>Bluetooth Frakoblet</p>	Giv besked, når senderen og mobilenhedens Bluetooth-forbindelse er slået fra
<p>Kan ikke Parres</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sørg for, at enheden er sAMlet korrekt2. Hold smart-enheden inden for 6 meter af Senderen <p>Tilbage til scanning</p> <p>Hjælp</p>	Når scanning af QR-koden er afsluttet, oprettes der automatisk forbindelse mellem smartphone og sender. Giv besked, hvis den ikke har været tilsluttet i 3 minutter.
<p>× Påmindelse om lavt batteri ></p>	Advarsel om lavt batteri i sender.

F.3 Advarsel om uregelmæssighed

Skærm	Beskrivelse
<p>Ingen Sensoraflysninger</p> <p>Du vil ikke modtage advarsler, alarmer eller sensorens glukosemålinger, før du udskifter din sensor. Fjern denne sensor, og erstæt den med en ny sensor.</p> <p>Kontakt kundeservice</p> <p>Instruktioner til fjernelse af Sensor</p> <p>Luk</p>	<p>Giv besked, når der ikke er nogen sensoraflysning eller glukoseaflysning i et stykke tid.</p> <p>Udskift den med en ny enhed. Eller brug din BG-måler i overgangsperioden. Hvis det er nødvendigt, bedes du kontakte dit sundhedspersonale</p>
<p>Påmindelse om abnormitet i enheden</p> <p>Din enhed er unormal og ubrugelig, udskift venligst med en ny enhed. Hvis det er nødvendigt, bedes du kontakte kundeservice.</p> <p>Bekræft</p>	<p>Meddele når sensoren ikke afgiver elektrisk signal i et stykke tid.</p> <p>Udskift den med en ny enhed. Eller brug din BG-måler i overgangsperioden. Hvis det er nødvendigt, bedes du kontakte dit sundhedspersonale</p>
<p>Påmindelse om unormal sensor-A</p> <p>Din enhed sensor har fundet en afvigelse. Kontrollér, om sensoren er implanteret korrekt, eller kontakt kundeservice for at få hjælp.</p> <p>Kontakt kundeservice</p> <p>Luk</p>	<p>Giv besked, når sensoren ikke kan producere et elektrisk signal i et stykke tid under opvarmingsperioden for sensoren.</p>

Påmindelse om unormal sensor-B

Din sensor er stødt på en fejl. Tjek venligst, om din sensor har løsnet sig. Det kan være nødvendigt at udskifte denne sensor.

[Kontakt kundeservice](#)

[Luk](#)

Meddele når sensoren afgiver unormalt elektrisk signal i et stykke tid efter varmeperioden.

Påmindelse om unormal sensor-C

Din enhed sensor har fundet en unormal lav værdi. Bekræft venligst med en blodprøve fra fingerspidsen. Hvis der fortsat er en betydelig forskel i glukosemålingerne, bør du overveje at udskifte sensoren med en ny.

[Kontakt kundeservice](#)

[Instruktioner til fjernelse af Sensor](#)

[Luk](#)

Giv besked, når sensoren producerer en unormal lav værdi.

Påmindelse om unormal sensor-D

Din enheds sensor har fundet en unormal høj værdi. Bekræft venligst med en blodprøve fra fingerspidsen. Hvis der fortsat er en betydelig forskel i glukosemålingerne, bør du overveje at udskifte sensoren med en ny.

[Kontakt kundeservice](#)

[Instruktioner til fjernelse af Sensor](#)

[Luk](#)

Giv besked, når sensoren producerer en unormal høj værdi.

<p>Sensor Start Fejl</p> <p>Fjern ikke sensoren. Prøv at scanne QR-koden igen, eller indtast SN manuelt.</p> <p>Bekræft</p>	<p>Advarsel om uregelmæssig start af sensor</p>
<p>Temperaturalarm</p> <p>Din enhed driftstemperatur er under den nedre grænse. Brug den inden for det krævede temperaturområde for enheden.</p> <p>Bekræft</p>	<p>Advarsel om lav driftstemperatur</p>
<p>Temperaturalarm</p> <p>Din enhed driftstemperatur er over den øvre grænse. Brug den inden for det krævede temperaturområde for enheden.</p> <p>Bekræft</p>	<p>Advarsel om høj driftstemperatur</p>

Ordliste

Blodsuktermåler

En enhed, der bruges til at måle niveauet af glukose i blodet.

Resultat af blodglukose

Koncentrationen af glukose i blodet, målt som enten milligram glukose pr. deciliter blod (mg/dl) eller millimol glukose pr. liter blod (mmol/l).

Kontinuerlig overvågning af glukose (CGM)

En CGM bruger en lille sensor, der indsættes under huden, til at måle mængden af glukose i væsken i din hud, kaldet interstitiel væske. Disse glukoseresultater sendes derefter til en app, hvor de vises som glukoseniveauer og langsigtede glukosetendenser.

Hyperglykæmi (højt blodsukker)

Høje niveauer af glukose i blodet, også kendt som højt blodsukker. Ubehandlet kan hyperglykæmi føre til alvorlige komplikationer. Tal med dit sundhedspersonale om at bestemme dit høje glukoseniveau.

Hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Lave niveauer af glukose i blodet, også kendt som lavt blodsukker. Ubehandlet kan hypoglykæmi føre til alvorlige komplikationer. Tal med din sundhedsplejerske for at fastslå dit lave glukoseniveau.

Interstitiel væske

Den væske, der omgiver alle kroppens celler.

Insulin

Et hormon, der produceres af bugspytkirtlen, og som regulerer metabolismen af glukose og andre næringsstoffer. Insulinindsprøjtninger kan ordineres af sundhedspersonale for at hjælpe personer med diabetes med at omsætte glukose (sukker), hvis deres bugspytkirtel er beskadiget og ikke producerer insulin.

Begrænsninger

En sikkerhedserklæring, der beskriver specifikke situationer, hvor iCan i3 CGM ikke bør bruges, fordi det kan være skadeligt for dig eller beskadige systemet.

mg/dl

Milligram pr. deciliter; en af to standardmåleenheder for koncentrationen af blodglukose (sukker).

mmol/l

Millimol pr. liter; en af to standardmåleenheder for koncentrationen af blodglukose (sukker).



Changsha Sinocare Inc.

**265 Guyuan Road, Hi-Tech Zone, Changsha, 410205,
Hunan Province, P.R. China**

E-mail: support@icancgm.com

Web: iCan-cgm.com



OBELIS S.A

**Bd. Général Wahis, 53
1030 Brussels, Belgium**

mail@obelis.net



SUNGO Certification Company Limited

**3rd floor, 70 Gracechurch Street,
London. EC3V 0HR**

ukrp@sungoglobal.com



Revisionsdato: 03/2024

P/N: 36301637-A.2