

# Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose Guia de Início da Aplicação CGM

### Visão Geral do Sistema CGM i3


Consulte o Guia do Utilizador para instruções e informações completas sobre o Sistema.

O Guia do Utilizador é fornecido em formato eletrónico. Pode visitar o site iCan-cgm.com para descarregar um PDF.

Se precisar de uma cópia impressa do Guia do Utilizador, por favor, entre em contacto com o revendedor ou envie um pedido para o email: support@icancgm.com. Será fornecida gratuitamente no prazo de sete dias.

Se tiver alguma dúvida, por favor, envie um email para support@icancgm.com

Todas as imagens são representacionais. O seu produto pode parecer diferente.



# Iniciar

#### Passo 1: Instale a aplicação iCan CGM

Descarregue a aplicação iCan CGM na App Store ou no Google Play





#### Passo 2: Inicie sessão na sua conta iCan CGM

a. Inicie sessão se já tiver uma conta.

b. Toque em "Registar" na parte inferior se for novo no sistema. A aplicação irá guiá-lo através de vídeos informativos e ecrãs. Toque em "Seguinte" para avançar até chegar à página de leitura do código QR. Mantenha a aplicação aberta durante todo o tempo.



## 2 Emparelhe com o Transmissor

Passo 1: Retire o pacote do transmissor

de Série) para garantir que correspondem



Verifique os primeiros 8 dígitos dos códigos SN do Pacote de Sensores e do Transmissor para garantir que coincidam antes de emparelhar o seu Sensor com o Transmissor.

## Passo 2: Verifique os códigos SN (Número Passo 3: Emparelhar com o transmissor





- a. Abra a sua aplicação e certifique-se de ativar o Bluetooth.
- b. Faça login na sua conta e, usando a sua aplicação, faça a leitura do código QR no Pacote de Sensores.
- c. O emparelhamento ocorre automaticamente. Não feche a aplicação e mantenha-a dentro de 6 metros enquanto avança para o próximo passo. Se introduzir o código SN manualmente, clique em "Seguinte" para continuar. d. Mantenha o seu telemóvel por perto e prepare a inserção no próximo passo


Retire o Pacote do Transmissor do fundo da caixa do Pacote de Sensores.

# 3 Inserir o Sensor

Saiba como inserir o sensor, por favor, siga o "Guia Rápido do Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose" incluído na sua embalagem.

## 4 Iniciar monitoramento


### Passo 1: Inicie sensor CGM Passo 2: Aguarde o aquecimento do sensor Passo 3: Configure alertas



Quando o sensor for inserido com sucesso, a sua aplicação CGM irá solicitar que inicie o sensor. Toque em "Iniciar" para a próxima etapa.



Toque em "Iniciar" para começar o aquecimento do sensor de 2 horas. Não haverá leituras de glicose ou alertas durante o aquecimento. Mantenha a aplicação aberta e o seu dispositivo inteligente dentro de 20 pés (aproximadamente 6 metros) do transmissor durante o aquecimento do sensor.



Cuidado: Você sempre receberá um Alerta de Glicose Baixa quando o valor da sua glicose do sensor for 55 mg/dL ou abaixo. Para informações detalhadas sobre alertas de glicose e configuração do sistema, consulte "Informações Importantes de Segurança" nas Instruções de Utilização.

### Passo 4: Verifique a sua glicose



#### Seta de tendência de glicose

Direção para onde a sua glicose está a ir

Seta	Significado	Seta	Significado
♠	Glicose a aumentar muito depressa	7	Glucose falling slowly
1	Glicose a aumentar rapidamente	<b>V</b>	Glucose falling quickly
7	Glicose a aumentar lentamente	*	Glucose falling rapidly
$\rightarrow$	Glicose estável		

#### Pacote de Sensores

Gráfico das suas leituras atuais e armazenadas de glicose



### Terminar monitoramento

# Passo 1: Confirme que a sessão atual está concluída

Quando a sessão de monitoramento de 15 dias for concluída, a aplicação irá orientá-lo a trocar por um novo sensor ou a rever o Relatório de Histórico.



#### Passo 2: Remover o sensor

a. Levante a borda do adesivo.b. Retire lentamente o adesivo da sua pele em um movimento contínuo.



### Passo 3: Eliminação

Não toque no sensor, e o sensor não pode ser reutilizado após a remoção. Descarte o sensor usado de acordo com a regulamentação local.





EC REP OBELIS S.A.
Bd. Général Wahis, 53
1030 Brussels, Belgium

UK REP SUNGO Certification Company Limited 3rd floor, 70 Gracechurch Street, London. EC3V 0HR

